

# İŞİTME CİHAZI MERKEZİ KONTROL TUTANAĞI

ÖN İNCELEME TARİHİ

TARİH :...../...../2018

MERKEZİN ADI

ADRESİ

TELEFON

MERKEZ SAHİBİ

SORUMLU MÜDÜR  
ADI SOYADI

| SN | DEĞERLENDİRME ESASLARI  | AÇIKLAMA ((+)/(-))   | UYGUN<br>(+)(-)  |
|----|---|--|--|
| 1  | İşletme 1/100 ölçekli krokide belirtilen yerleşim planına göre mi düzenlenmiş   |  |  |
| 2  | Hasta dolaşımının olduğu mekanlar düz-pürüzsüz dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte malzemeden yapılmış mı? | Madde 7-2(c)-Merkezin bütün ortamları hijyene uygun olur, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sağlanır.   |  |
| 3  | Merkezin kapıları mevzuata uygun mu?  | Madde 7-2(b) Merkezin kapıları en az doksan santimetre genişliğinde olur.  |  |
| 4  | Merkezin aydınlatması uygun mu?   | Madde 7-2(c)-Merkezin bütün ortamları hijyene uygun olur, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sağlanır.   |  |
| 5  | Merkezin ısıtma ve havalandırması uygun mu?   | Madde 7-2(c)-Merkezin bütün ortamları hijyene uygun olur, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sağlanır.   |  |
| 6  | Merkezin bulunduğu bina ve müştemilatında Kulak Burun Boğaz hastalıkları Uzmanı tabip muayenehanesi var mı?                     | Madde 8-(2) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muayenehanelerin bulunduğu bina ve müştemilatında işitme cihazı merkezi açılmaz.                     |  |
| 7  | Merkezin bölümleri mevzuata uygun mu?   | Madde 7-2(1)-Hasta kabul ve dinlenme odası en az 15 m <sup>2</sup> olur.2) Cihaz adaptasyon odası en az 8 m <sup>2</sup> ve akustik özellik olarak ortam gürültüsü 40 dB A'nın altında olur. | Hasta Kabul ve dinlenme odası (15 m <sup>2</sup> )<br>Cihaz Adaptasyon ve Kalıp Odası (8m <sup>2</sup> )   |
| 8  | Merkezde bulundurulması gereken cihaz ve malzemeler uygun mu?   | Madde 7-2(ç)Merkezde, Ek-7'de yer alan cihaz ve malzemeler bulundurulur.   | Steteskop<br>Otoskop<br>Kalıp Hortumu<br>Dolu İşitme Cihazı Pili<br>Otoform<br>İşitme cihazı ayar tornavidası ve kabloları<br>Pil ölçer<br>Odyometre Cihazı (İşitme testi yapacak merkezler için zorunludur.)<br>Hi-Pro yazılım ve donanımı (Cihaz programlama ünitesi)<br>Donanımlı Bilgisayar<br>Gerçek kulak ölçümü (real ear measurement) cihazı |

| SN | DEĞERLENDİRME ESASLARI                       |   | AÇIKLAMA ((+)/(-)) | UYGUN (+)(-) |
|----|--|---|--------------------|--------------|
| 9  | Merkezin isim ve tabelası mevzuata uygun mu? | Madde 13(1) Merkezin tabelalarında, açılış izin belgesinde belirtilen kuruluş ismi yazılır. Kişilerin yanlış algılamasının, karışıklığın ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla aynı il sınırları içinde faaliyet gösteren merkezlerin isimleri kullanılamaz. (2) (Değişik:RG-24/9/2013-28775) Merkezlerin dış tabelasında merkezin unvanı yer alır, sahibinin ismi yer alabilir. Tabelanın azami büyüklüğü 8 m <sup>2</sup> dir. Merkezin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabela, ışıklandırılabilir veya dışarıdan aydınlatılabilir. |                    |              |
| 10 | REM Cihazının ÜTS kaydı var mı?              | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 20.07.2018 tarih ve E.134997 sayılı yazısı   |                    |              |
|    | UYGUN  |   |                    |              |
|    | UYGUN DEĞİL                                  |   |                    |              |
|    | AÇIKLAMA                                     |   |                    |              |

KOMİSYON  
BAŞKANI

ÜYE

ÜYE

ÜYE

MERKEZ SORUMLU MÜDÜRÜ